

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Száma: 0001-01-2020
Szállító: ROVITEX Homedeco Kft.
7631 Pécs, Reménypuszta 8.
A termék megnevezése: **Egészségügyi maszk, többször használható, mosható, autoklávban sterilizálható, S-M-L méretben, konfekcionált, fehér, fekete, fehér alapon kék mintás színben.**
A termék típusa: **ROVIMED SZÁJMASZK 1 „MEDICARE”**
Szarmazási helye: ROVITEX HUNGÁRIA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
7631 Pécs, Reménypuszta 8.
Típusvizsgálat: Egy alkalommal: 2020.03.12.
Gyártásközi ellenőrzés: Minden darab

Az MSZ 4209:2011 szabvány 5.1-5.11 pontjainak és a szabvány A melléklet, A.2 szakasza szerint a fent leírt termék megfelel a következőknek:

Rendelkező dokumentum	Vizsgálati dokumentum	A kiadás száma/kelte
MSZ 4209:2011 Egészségügyi maszk 5.2. Méretellenőrzés	Vizsgálati jegyzőkönyv Méretellenőrzés	0001-01-2020/5.2 2020.03.12.
MSZ 4209:2011 Egészségügyi maszk 5.3. A formatartás ellenőrzése	Vizsgálati jegyzőkönyv Formatartás ellenőrzése	0001-01-2020/5.3 2020.03.12.
MSZ 4209:2011 Egészségügyi maszk 5.4. A szűrési hatásfok vizsgálata	Vizsgálati jegyzőkönyv Szűrési hatásfok	0001-01-2020/5.4 2020.03.12.
MSZ 4209:2011 Egészségügyi maszk 5.5. A légzési ellenállás meghatározása	Vizsgálati jegyzőkönyv Légzési ellenállás meghatározása	0001-01-2020/5.5 2020.03.12.
MSZ 4209:2011 Egészségügyi maszk 5.6. A sterilizálhatóság vizsgálata	Vizsgálati jegyzőkönyv Sterilizálhatóság	0001-01-2020/5.6 2020.03.12.
MSZ 4209:2011 Egészségügyi maszk 5.7. A moshatóság vizsgálata	Vizsgálati jegyzőkönyv Moshatóság	0001-01-2020/5.7 2020.03.12.
MSZ 4209:2011 Egészségügyi maszk 5.8. A baktériumállóság vizsgálata	Vizsgálati jegyzőkönyv Baktériumállóság	0001-01-2020/5.8 2020.03.12.
MSZ 4209:2011 Egészségügyi maszk 5.9. A bakteriális alapszennyezettség vizsgálata	Vizsgálati jegyzőkönyv Bakteriális alapszennyezettség	0001-01-2020/5.9 2020.03.12.
MSZ 4209:2011 Egészségügyi maszk 5.10. Az általános fizikai szennyezettség vizsgálata	Vizsgálati jegyzőkönyv Általános fizikai szennyezettség	0001-01-2020/5.10 2020.03.12.
MSZ 4209:2011 Egészségügyi maszk 5.11. A kivitel vizsgálata	Vizsgálati jegyzőkönyv Kivitel	0001-01-2020/5.11 2020.03.12.

Az MSZ 4209:2011 szabvány 5.1-5.11 pontjainak és a szabvány A melléklet, A.2 szakasza szerint a termék

MEGFELEL az előírásoknak.

Felhasználási terület: Egészségügyi maszk. Olyan levegőszűrőként alkalmazott egyéni védőeszköz, amely az MSZ 4209:2011 szabványban előírt mértékben megakadályozza, hogy kilégzéskor a környezetbe és belégzéskor a környezetből mikroorganizmusok bekerüljenek a szervezetbe, illetve amely csökkenti a cseppfertőzés veszélyét.

Kezelés, tárolás: A termék kezelése, tárolása, használata a vonatkozó használati útmutató szerint

A megfelelőségi nyilatkozat érvényességi ideje: 2020.03.16.-tól, 2021.03.15.-ig

Pécs, 2020.03.16.

Ügyvezető



Irányítási rendszerünk az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerint tanúsított.